

SỐ 1678/CV-BVDKT
V/v mời chào giá mua sắm trang
thiết bị y tế, vật tư, sửa chữa lưu
điện

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các Đơn vị, Nhà cung cấp;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sửa chữa lưu điện (*chi tiết như phụ lục đính kèm*).

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp các dịch vụ nêu trên gửi các tài liệu liên quan gồm nội dung sau:

1. Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

2. Báo giá ghi đầy đủ các thông tin: Tên hàng hóa; Model; Hãng sản xuất/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu; Năm sản xuất; Đơn giá; Điều kiện bảo hành; Catalog, cấu hình tính năng kỹ thuật, phân nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020; Kê khai giá công bố trên cổng <https://kekhaigiattby.tmo.gov.vn/cong-khai-gia> của Bộ Y tế (kèm hình ảnh chụp màn hình để chứng minh). Trong chào giá ghi đầy đủ rõ ràng họ tên, địa chỉ, ký tên đóng dấu khi nộp bản chào giá; Trong bản chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng và hiệu lực của báo giá.

3. Chứng chỉ khai thác sử dụng và bảo dưỡng an toàn – hiệu quả các trang thiết bị của kỹ sư hoặc người thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; Giấy ủy quyền của hãng sản xuất về việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện.

4. Hợp đồng tương tự cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư, sửa chữa lưu điện ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có).

Thời gian nộp chào giá: trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hành thư chào giá đăng trên Website của Bệnh viện.

ĐT: 02373950337- 0989128343.

Nơi nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa,
Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. / *Minh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 1678 > CV-BVĐKT ngày 04 tháng 10 năm 2022)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Cấu hình thông số kỹ thuật
I	MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ			
1	Máy điện tim 6 cân - Model: ECG-1250K - Hãng sản xuất: Nihon kohden, Nhật Bản - Xuất xứ: Nhật Bản - Phân nhóm theo thông tư 14: Nhóm 3 (Hàng mới 100%, Năm sản xuất: 2022). *Cấu hình bao gồm: - Máy chính kèm phụ kiện chuẩn: - Cáp điện tim: 01chiếc - Dây nguồn: 01chiếc - Điện cực trước ngực: 06quả - Điện cực chi: 04chiếc - ắc qui: 01chiếc - Giấy in: 01 cuộn - Bút lau đầu nhiệt: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ	Cái	01	Thu nhận tín hiệu điện tim: - Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim - Đạo trình điện tim: 12 đạo trình - Độ nhạy: 10 mm/mV $\pm 2\%$ - Điện trở vào: $\geq 20 \text{ M}\Omega$ - Hệ số lọc nhiễu: $\geq 100 \text{ dB}$ - Điện áp bù: $\geq \pm 550 \text{ mV}$ - Tần số đáp ứng: 0.05 Hz đến 150 Hz (-3 dB) - Thời gian thu nhận tín hiệu điện tim (khi ghi tự động): 10 đến 24 giây - Kiểm tra điện cực. Xử lý tín hiệu: - Tốc độ lấy mẫu phân tích: 500 mẫu/giây - Tốc độ thu thập mẫu: 8.000 mẫu/giây - Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz - Hằng số thời gian: $\geq 3.2\text{s}$ - Bộ lọc cao tần: 75, 100, 150 Hz - Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25, 35 Hz - Điện thế phát hiện nhỏ nhất: $\leq 20 \mu\text{Vp-p}$ - Bộ lọc chống trôi: yếu 0.1 Hz (-20dB) mạnh 0.1 Hz (-34dB) Hiển thị: - Màn hình màu tinh thể lỏng - Kích thước: 5.7 inch - Độ phân giải: 320 x 240 điểm - Dạng sóng điện tim: 12 đạo trình - Hiện thị dữ liệu: 12 đạo trình sóng điện tim thông tin bệnh nhân, đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, tiếp xúc điện cực và độ nhiễu. Ghi: - Phương pháp: đầu in nhiệt - Mật độ in: 200 dpi (8dots/mm)

				- Khổ giấy: 110 mm - Số kênh: 3, 4, 6 - Tốc độ giấy: 10, 12.5, 25, 50 mm/giây - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV - Dữ liệu ghi: ghi loại chương trình, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân (số ID, tên, giới tính, tuổi), đánh dấu thời gian, đánh dấu sự kiện, tuột điện cực và độ nhiễu. Phân tích điện tim: - áp dụng cho bệnh nhân: khoảng từ 3 tuổi trở lên - Thời gian phân tích: 5 giây - Mục tìm ra kết quả điện tim: 200. Nguồn điện, AC và DC: - AC: 220 V 50 Hz - DC: ắc quy trong có thời gian hoạt động 1 giờ. An toàn: - Phù hợp với tiêu chuẩn IEC.
2	Bộ tay cắt u bằng quang, tiền liệt tuyến Mã hàng: 27050D Hãng sản xuất: Karl Storz- Đức Xuất xứ: Đức (Hàng mới 100%, Năm sản xuất: 2021 trở về sau).	Chiếc	01	- Bộ tay cắt u bằng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ. - Lắp đặt cho Hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu.
II	SỬA CHỮA			
1	Sửa chữa, thay thế vật tư bộ lưu điện Santak C2K; C3KE	Cái	03	

(Đính kèm Công văn số 4678 /CV-BVĐKT ngày 04 tháng 10 năm 2022)

Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

S T T	Tên hàng hóa	Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Hãng / nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Phân nhóm theo thông tư 14	Bảng kê khai giá	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
Tổng cộng															

***. Ghi chú:**

- Cột (14): Gửi kèm tài liệu chứng minh.
- Cột (15): Đính kèm ảnh chụp màn hình để chứng minh (có đóng dấu treo của Công ty).