

Số 1033/CV-BVĐKT
V/v mời chào giá mua sắm dây nội
soi dạ dày video, dây nội soi đại
tràng video

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các Đơn vị, Nhà cung cấp;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu mua sắm dây nội soi dạ dày video, dây nội soi đại tràng video (*chi tiết như phụ lục đính kèm*).

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp các dịch vụ nêu trên gửi các tài liệu liên quan gồm nội dung sau:

1. Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

2. Báo giá ghi đầy đủ các thông tin: Tên hàng hóa; Model; Hãng sản xuất/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu; Năm sản xuất; Đơn giá; Điều kiện bảo hành; Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị, CFS và các tài liệu liên quan (nếu có) đến phân nhóm thiết bị theo hướng dẫn thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 và Công văn 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế; Kê khai giá công bố trên cổng <https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia> của Bộ Y tế (kèm hình ảnh chụp màn hình để chứng minh). Trong chào giá ghi đầy đủ rõ ràng họ tên, địa chỉ, ký tên đóng dấu khi nộp bản chào giá; Trong bản chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng và hiệu lực của báo giá.

3. Hợp đồng tương tự cung cấp dây nội soi dạ dày video, dây nội soi đại tràng video ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có).

Thời gian nộp chào giá: trong vòng 07 ngày kể từ ngày phát hành thư chào giá đăng trên Website của Bệnh viện.

ĐT: 02373950337- 0989128343.

Nơi nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa,
Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. / *Thư mời*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT. *[Chữ ký]*



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC I

(Đính kèm Công văn số 775/ CV-BVĐKT ngày 11 tháng 10 năm 2022)

Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

S T T	Tên hàng hóa	Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Hãng / nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Phân nhóm theo thông tư 14	Bảng kê khai giá	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
Tổng cộng															

*. Ghi chú:

- Cột (14): Gửi kèm tài liệu chứng minh.
- Cột (15): Đính kèm ảnh chụp màn hình để chứng minh (có đóng dấu treo của Công ty).

PHỤ LỤC II
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 1053 /CV-BVĐKT ngày 11 tháng 10 năm 2022)



STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Cấu hình thông số kỹ thuật
1	<p>Dây nội soi dạ dày video</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: GIF-H170 - Hãng sản xuất: Olympus - Xuất xứ: Nhật Bản - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 - Hướng dẫn sử dụng Tiếng anh + Tiếng việt (Hàng mới 100%, Năm sản xuất: 2022). 	Bộ	02	<p>Hệ thống quang học:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Góc của trường nhìn: 140° + Hướng nhìn thẳng: 0°. + Độ sâu của trường nhìn: 2 - 100mm <p>Phần thân ống soi:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đường kính ngoài đoạn chóp đuôi ống soi: 9,2 mm + Đường kính ngoài phần ống luồn: 9,2 mm + Độ dài làm việc của ống soi: 1.030 mm <p>Độ uốn cong của đầu ống soi:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lên: 210°, Xuống: 90° + Phải: 100⁰, Trái: 100⁰ <p>Độ dài tổng của ống soi: 1.350 mm</p> <p>Kênh dụng cụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đường kính trong kênh sinh thiết: 2,8 mm + Khoảng cách nhìn rõ tối thiểu 3mm từ phần chóp đuôi.
2	<p>Dây nội soi đại tràng video</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: CF-H170 - Hãng sản xuất: Olympus - Xuất xứ: Nhật Bản - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 - Hướng dẫn sử dụng Tiếng anh + Tiếng việt (Hàng mới 100%, Năm sản xuất: 2022). 	Bộ	02	<p>Hệ thống quang học:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Góc của trường nhìn: 140° + Hướng quan sát: 0°. + Độ sâu của trường nhìn: 2 - 100mm <p>Phần thân ống soi:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 12,8 mm + Đường kính ngoài của thân ống soi: 12,8 mm + Độ dài làm việc của ống soi: 1.330 mm <p>Độ uốn cong của đầu ống soi:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lên: 180°, Xuống: 180° + Phải: 160⁰, Trái: 160⁰ <p>Độ dài tổng của ống soi: 1.655 mm</p> <p>Kênh dụng cụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đường kính trong kênh sinh thiết: 3,7 mm + Khoảng cách để nhìn rõ thấy dụng cụ: 5mm từ đầu cuối ống soi