

Số 1838 /CV-BVĐKT
V/v mời chào giá mua sắm trang thiết
bị y tế

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị /nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá (chi tiết như phụ lục đính kèm).

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp các dịch vụ nêu gửi các tài liệu liên quan gồm nội dung sau:

1. Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

2. Báo giá ghi đầy đủ các thông tin: Tên hàng hóa; Model; Hãng sản xuất/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu; Năm sản xuất; Đơn giá; Điều kiện bảo hành; Catalog, cấu hình tính năng kỹ thuật; Kê khai giá công bố trên cổng <https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia> của Bộ Y tế (kèm hình ảnh chụp màn hình để chứng minh). Trong chào giá ghi đầy đủ rõ ràng họ tên, địa chỉ, ký tên đóng dấu khi nộp bản chào giá; Trong bản chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng và hiệu lực của báo giá.

3. Hợp đồng tương tự cung cấp dịch vụ mua sắm trang thiết bị y tế ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có).

Nơi nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp chào giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành thư chào giá đăng trên Website của Bệnh viện.

ĐT: 02373950337- 0989128343.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./ *Khánh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT. *[Signature]*



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC I
MẪU THÔNG TIN CHÀO GIÁ

(Đính kèm Công văn số 1838 ĐC/KH/ĐKT ngày 12 tháng 6 năm 2023)

Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

| STT | Tên hàng hóa | Model | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Hãng/nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) | Phân loại về mức độ rủi ro A, B, C, D | Bảng kê khai giá | Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Ghi chú |
|------------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | | | | | | | | | | | |

***. Ghi chú:**

- Cột (14): Gửi kèm tài liệu chứng minh.
- Cột (15): Đính kèm ảnh chụp màn hình để chứng minh (có đóng dấu treo của Công ty).
- Cột (16): Gửi kèm tài liệu chứng minh.

PHỤ LỤC II
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 1838/CV-BVĐKT ngày 12 tháng 6 năm 2023)



| STT | Nội dung mua sắm trang thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng | Tính năng kỹ thuật |
|-----|--|-------------|----------|---|
| 1 | <p>Garo hơi cơ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. - Xuất xứ: Rudolf Riester GmbH/Đức <p>*. Cấu hình bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ống bơm: 01 Cái - Bao đo bắp tay và bắp đùi: 02 Cái - Tài liệu HDSD: 01 Cuốn | Cái | 01 | <ul style="list-style-type: none"> - Garo hơi là 1 dụng cụ đáng tin cậy được sử dụng trong thủ thuật đo chi để hạn chế sự lưu thông của máu trong các chi. - Thiết bị có 1 áp kế rất chính xác và bền tốt để cung cấp sự đo lường chính xác và có thời gian sử dụng lâu bền. - Bộ phận bơm tạo áp suất bằng kim loại cứng - Không khí trong bao đo có thể thoát ra ngoài bằng cách mở van xả - Áp kế bằng kim loại mạ crôm với mặt chia độ bằng nhôm dễ đọc có giá trị lên đến 700 mmHg - Đính kèm bao đo phía trên tay 57x9cm và bao đo bắp đùi 96x13cm - Tất cả các bao đo được làm bằng chất liệu có thể giặt và tiệt trùng |
| 2 | <p>Bộ đặt nội khí quản thường, 4 lưỡi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. <p>*. Cấu hình bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04 Lưỡi cong Macintosh số 1/2/3/4 (bóng đèn chân không 2,7V nằm trên lưỡi) - 01 Cán tay cầm pin trung, dạng không sọc - 01 Túi đựng - 01 Hướng dẫn sử dụng | Bộ | 01 | |
| 3 | <p>Đèn cực tím 90Cm loại 1 bóng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. - Nước sx: Việt Nam | Bộ | 03 | <ul style="list-style-type: none"> - Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng tiệt trùng trong y tế, thực phẩm, công nghiệp. - Đèn cực tím được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn, dây dẫn điện nguồn dài 1.8m, loại bóng UV, công suất: 30W. |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Loại treo tường có kích thước: 90cm, máng đèn chất liệu inox. |
| 4 | <p>Máy xông khí dung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. - Hãng sản xuất: OMRON | Cái | 05 | <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng công nghệ van ảo (V.V.T) cho hiệu quả xông cao, an toàn, giảm lượng thuốc hao hụt. Tốc độ xông 0.4ml/phút, hạt thuốc nhỏ mịn 3µm. Máy xông bền, hiệu suất xông mạnh, phù hợp cho gia đình. |
| 5 | <p>Dây hút dịch silicone</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. | Mét | 100 | <ul style="list-style-type: none"> - Dây silicone dùng cho các loại máy hút dịch. |
| 6 | <p>Bộ hút dịch màng phổi kèm xe đẩy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. - Hãng sx : Oxyvac medical instrument Co.,Ltd - Xuất xứ : Hàn Quốc | Bộ | 02 | <ul style="list-style-type: none"> - Dùng để hút dịch cho bệnh nhân tại Phòng bệnh, Phòng mổ, Phòng cấp cứu... - Sử dụng hệ thống khí hút trung tâm - Áp suất tiêu chuẩn: từ -66 đến -101,3Kpa (từ -500 đến -760mmHg) - Áp suất sử dụng: từ -0,13 đến -2,45Kpa (từ -1 đến -18,4Kpa) - Tốc độ hút tối thiểu: 15LPM - 01 bình thoát nước 2 lít, có cột chống sủi bọt và tràn ngược vào phổi bệnh nhân. - Có núm điều khiển tốc độ hút - Xylanh: Acrylic 0,8L - Có van xả nước và ốc chốt bên dưới để dễ dàng vệ sinh và làm sạch cột nước. - Có bao gồm xe đẩy phòng mổ, thân là bằng nhôm cứng không han gỉ. |