

Số 76 /CV-BVĐKT
V/v mời chào giá mua sắm vật tư y tế
năm 2023

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các Đơn vị, Nhà cung cấp;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế năm 2023. (chi tiết như phụ lục đính kèm).

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp các dịch vụ nêu trên gửi các tài liệu liên quan gồm nội dung sau:

1. Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

2. Báo giá ghi đầy đủ các thông tin: Tên hàng hóa; Model; Hãng sản xuất/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu; Năm sản xuất; Đơn giá; Điều kiện bảo hành; Catalog, cấu hình tính năng kỹ thuật, phân nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020; Kê khai giá công bố trên cổng <https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia> của Bộ Y tế (kèm hình ảnh chụp màn hình để chứng minh). Trong chào giá ghi đầy đủ rõ ràng họ tên, địa chỉ, ký tên đóng dấu khi nộp bản chào giá; Trong bản chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng và hiệu lực của báo giá.

3. Hợp đồng tương tự cung cấp dịch vụ mua sắm vật tư y tế ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có).

Nơi nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa,
Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp chào giá: trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hành thư chào giá đăng trên Website của Bệnh viện.

ĐT: 02373950337- 0989128343.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. / *Thư*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT.



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 76 /CV-BVĐKT ngày 13 tháng 01 năm 2023)

STT	Nội dung mua sắm vật tư y tế năm 2023	Phân nhóm (TT14)	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
1	Cáp SpO2 dùng cho monitor MECK - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau.	Nhóm 6	Cái	10	- Dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân MECK, dùng cho người lớn. - Độ chính xác cao và đáp ứng nhanh - Công nghệ đo LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học - Độ chính xác SpO2: $\pm 3\%$ (70-100%); không xác định (0-69%)
2	Bộ lưu lượng kế oxy kèm bình làm ấm - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau.	Nhóm 3	Cái	05	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 - Dải lưu lượng: khoảng từ 0-15 lít/phút Cấu tạo sản phẩm: - Lưu lượng kế: 01 cái - Bình làm ấm 355ml: 01 bình
3	Bộ hút dịch cầm tường - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau.	Nhóm 6	Cái	03	- Bộ điều chỉnh lưu lượng hút cầm tường kèm bình chứa dịch dùng cho hệ thống khí y tế. - Bình hút dịch có phao chống tràn ngăn chặn chảy ngược chất lỏng khi đẩy vào thiết bị điều chỉnh lưu lượng khí hút và hệ thống trung tâm. - Phạm vi hoạt động áp suất hút: -1000 ~ 0 mrb - Phạm vi điều chỉnh lưu lượng hút 0 ~ 30L/phút. Khi bình đầy, quá trình hút dịch sẽ tự động dừng lại.



					<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu bình chứa là Polypropylene có thể khử trùng ở nhiệt độ 121 độ C - Dễ dàng điều chỉnh van áp lực và dễ dàng bảo trì thiết bị. - Bình hút dịch thể tích 2000 ml.
4	Bộ lưu lượng CO2 gắn bình <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. 		Cái	02	
5	Đồng hồ oxy bình <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. 	Nhóm 6	Cái	10	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt phù hợp với các loại bình oxy 40 lít, oxy 10 lít, oxy 5 lít. - Đồng hồ oxy - Dây thở oxy - Bình tạo ẩm.
6	Dầu bôi trơn dụng cụ (STERILIT POWER SYSTEMS OIL SPRAY) <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. 		Cái	03	Dầu xịt bôi trơn chống ma sát
7	Dầu xịt tay khoan RHM <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. 		Chai	03	Dầu xịt bôi trơn chống ma sát
8	Bóng đèn nội khí quản ánh sáng trắng <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. 	Nhóm 3	Cái	30	Bóng đèn chân không 2.7V loại lớn-dùng cho lưỡi thẳng Miller số 2/3/4, lưỡi cong Macintosh số 0/1/2/3/4/5
9	Kháng đốt chữ M <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau. 		Cái	01	Dùng cho nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế 220V/1.8KW

10	Kháng đốt nồi luộc - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau.		Cái	02	Dùng cho nồi hấp y tế, 220V/2KW
11	Sensor oxy máy thở Bennet 840 - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau.	Nhóm 3	Cái	02	13-16mV thời gian đáp ứng <12s
12	Sensor oxy máy thở Evita4 - Chất lượng: Mới 100% - Sản xuất năm: 2022 trở về sau.	Nhóm 3	Cái	02	13-16mV thời gian đáp ứng <12s

PHỤ LỤC II

(Đính kèm Công văn số 76 /CV-BVĐKT ngày 13 tháng 01 năm 2023)

Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

STT	Tên hàng hóa	Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Phân nhóm theo thông tư 14	Bảng kê khai giá	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
Tổng cộng															

*. Ghi chú:

- Cột (14): Gửi kèm tài liệu chứng minh.
- Cột (15): Đính kèm ảnh chụp màn hình để chứng minh (có đóng dấu treo của Công ty).