

Số: 2346/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 7 năm 2023

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi:** Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 17 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 27 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2023.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá: (chi tiết như phụ lục đính kèm).**

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. / *thuo*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Văn Sỹ**

**PHỤ LỤC I**  
**NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: 2346/CV-BY/ĐKKT ngày 17 tháng 7 năm 2023)



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Vật tư sửa chữa cho máy sấy Girbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa chữa làm lại trục lồng sấy, tiện lại trục trung gian, bộ vòng bi trục trung gian và làm lại buli.</li> <li>- Thay thế dàn sấy, công suất 27Kw.</li> <li>- Cam kết cung cấp vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa thay thế phù hợp với máy sấy Girbau của Bệnh viện.</li> <li>- Cam kết điều kiện bảo hành linh kiện sau khi thay thế và độ ổn định của thiết bị sau sửa chữa.</li> </ul>	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	Tháng 8/2023
2	Vật tư sửa chữa cho máy giặt Girbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay thế thanh nhiệt dài 58cm(03 cái).</li> <li>- Gia công, sửa chữa vỏ máy.</li> <li>- Cam kết thay thế vật tư phù hợp với máy giặt Girbau hiện có tại Bệnh viện.</li> <li>- Cam kết điều kiện bảo hành linh kiện sau khi thay thế và độ ổn định của thiết bị sau sửa chữa.</li> </ul>	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	Tháng 8/2023



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
3	Vật tư sửa chữa cho máy giặt Renzacci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gia cố bộ vòng bi trong, bộ vòng bi ngoài, bộ phốt, tiện lại gối vòng bi, gia cố lại lồng giặt bị rách, gia cố lại phần khung chân đế máy giặt và sửa chữa bo mạch điều khiển.</li> <li>- Cam kết cung cấp vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa thay thế phù hợp với máy sấy Girbau của Bệnh viện.</li> <li>- Cam kết điều kiện bảo hành linh kiện sau khi thay thế và độ ổn định của thiết bị sau sửa chữa.</li> </ul>	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	Tháng 8/2023