

Số: 2160/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Vật tư y tế:

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Lamen 22x22mm	Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. - Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x22mm	1.000	Chiếc
2	Ống đựng máu EDTA K3, 6ml	Cấu tạo bằng nhựa PET, nắp an toàn, kích cỡ 13 x 100mm, thành phần 2.0mg/ml EDTA K3 phun sương bám vào thành trong ống, có vạch định sẵn 6ml	5.000	Cái
3	Ống dẫn lưu	Chất liệu PVC y tế. Dẫn lưu ổ bụng, dẫn lưu ngoài. Màu trắng tự nhiên, ống dây mềm dẻo.	500	Cái
4	Gạc dẫn lưu 1.5 x	- Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước và có	300	Miếng

STT	Danh mục VTYT	Thông số kĩ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
	100cm x 4 lớp	độ thấm hút rất cao. - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Tốc độ hút nước < 5s - Không có tinh bột và Dextrin		
5	Găng tay kiểm tra không bột	Găng tay không có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên trơn hoặc có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp, độ cong phù hợp, độ đàn hồi tốt	2.000	Đôi
6	Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học STERRAD 350mm x 70m	- Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, giúp H ₂ O ₂ thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. - Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, H ₂ O ₂ không thẩm thấu vào bằng mặt này - Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp xúc với H ₂ O ₂ trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy - Được chứng nhận tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp - Rộng: 350mm, dài: 70m.	10	Cuộn
7	Lamen 22x40mm	- Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. - Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x40mm	5.000	Chiếc
8	Oxygen Mask with reservoir bag	Màu xanh lá trong suốt. - Nẹp mũi có thể điều chỉnh. - Thông khí an toàn. - Có khóa xoay điều chỉnh làm cho phù hợp với vị trí của bệnh nhân. - Nhựa PVC mềm, trong. - Van kiểm tra điện trở thấp không chứa cao su tự nhiên, ngăn chặn việc thờ lại và cho phép khí thở ra thoát ra ngoài.	100	Cái
9	Huyết áp kế đồng hồ	- 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống	14	Cái

STT	Danh mục VTYT	Thông số kĩ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giã da		
10	Ống nghe	Ống nghe tim phổi ALP K2 bao gồm chuông nghe và màng nghe Ống chữ Y trọng Lượng : 130g	13	Cái

2. Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trừ.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

