

Số: 2402/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Vật tư y tế:

(Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trữ.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 2101/CTV-BVĐKT ngày 19 tháng 7 năm 2023 của
 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng chuôi dài	* Cuồng khớp: Vật liệu : Titanium alloy Plasma Spray - Chiều dài chuôi: 190 đến 235mm. - Góc cổ chuôi: 135o. cổ côn 12/14 mm. - Chuôi dạng có lớp phủ Titanium alloy Plasma Spray đều gần, với thiết kế hình nêm cả hai chiều * Đầu chòm: - Vật liệu: REX Steel. - Kích cỡ: 41 – 55 mm với mỗi bước tăng tối đa 1 mm - Đầu chòm có thiết kế tự định vị tâm xoay	20	Bộ
2	Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng	* Cuồng khớp: Vật liệu : Titanium alloy Plasme Spray. Chiều dài chuôi: 130 đến 190mm. * Đầu chòm: - Vật liệu: REX Steel/PE. - Kích cỡ: 41 – 55 mm với mỗi bước tăng tối đa 1 mm - Đầu chòm có thiết kế tự định vị tâm xoay	20	Bộ
3	Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối	* Cuồng khớp: Vật liệu Titanium alloy Plasma Spray. Chiều dài chuôi: 130 đến 190mm. * Ổ cối: Vật liệu: Titanium alloy Plasma Spray. Có thể lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic. - Có khóa lớp đệm tại đáy ổ cối. - Có thể gắn thêm đai cố định xung quanh viền ổ cối. - Kích cỡ: 40 – 74 mm với mỗi bước tăng tối đa 2mm. * Lớp đệm: - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử. - Đường kính trong: 22 đến 32 mm.	20	Bộ
4	Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối, Ceramic/PE	* Cuồng khớp: Vật liệu Titanium alloy Plasma Pray. Chiều dài chuôi: 130 đến 190mm. * Ổ cối: - Titanium alloy Plasma Spray. Có thể lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic. - Có khóa lớp đệm tại đáy ổ cối. - Có thể gắn thêm đai cố định xung quanh viền ổ cối. - Kích cỡ: 46 – 74 mm với mỗi bước tăng tối đa 2mm.	10	Bộ

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		* Lớp đệm: - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử. - Đường kính trong: 28 đến 32 mm. * Chòm Ceramic		