

Số: 2412/CV-BVDKT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư y tế:

(Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trữ.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. ↵

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
 (Kèm theo công văn số 2412/UBND-KT ngày 20 tháng 7 năm 2023 của
 Bệnh viện ĐHQG Khoa Y học tỉnh Thanh Hóa)

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Chén đựng mẫu sạch và que khuấy Cup&Pin pro	Chén đựng mẫu máu xét nghiệm và có sẵn que khuấy	200	Chiếc
2	Đầu côn TIPTRAY box e-line	Đầu côn hút máu và hóa chất (320µl)	960	Chiếc
3	Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu tại Labo	<ul style="list-style-type: none"> - Có túi bảo quản hồng cầu, trên đường ống có 5 mã số - Bầu đếm giọt có màng lọc giúp ngăn ngừa cục máu đông vào bộ lọc tránh gây tắc bộ lọc - Phin lọc bạch cầu sử dụng cho thể tích lọc 400 - 500ml + Năng lực lọc: loại bỏ 99,9% bạch cầu + Lượng bạch cầu tồn dư < 1x10⁶ - Tỷ lệ thu hồi hồng cầu sau lọc: > 85% - Kim kết nối với khối hồng cầu : 1 cái - Bầu đếm giọt có màng lọc : 1 cái - Van 1 chiều trên ống rẽ nhánh : 1 cái - Bộ lọc bạch cầu : 1 bộ - Ống rẽ nhánh : 1 cái - Túi bảo quản hồng cầu : 1 túi - Khóa kẹp : 4 cái 	13	Bộ