

Số: 2621/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 4 tháng 8 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 4 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 14 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư y tế:

(Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trữ.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

### Nơi nhận:


- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

**PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ**  
(Kèm theo công văn số 262/ CV-BVĐKT ngày 4 tháng 8 năm 2023 của  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)



STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Kim sinh thiết tủy xương	Cỡ kim: 8G - Chiều dài kim: 10 cm, kích thước nòng kim 4.0 mm - Đầu kim được thiết kế kiểu Trocar và kim dạng ống (cannula) mài sắc kiểu 5 cạnh giúp chọc qua vỏ xương và tiến sâu vào tủy xương dễ dàng, ít tổn sức - Kim thông dạng trụ	20	Chiếc
2	Kim chọc dò tủy xương	Cỡ kim: 16G - Kim dùng 1 lần, chiều dài kim 43 mm, điều chỉnh được từ 23 - 60 mm - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xy lanh	40	Chiếc
3	Filter lọc khuẩn (xanh)	Được làm từ Polymer y tế, với đầu nối tiêu chuẩn. Vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene tĩnh điện. Đường kính trong và đường kính ngoài đầu cắm vào máy, đường kính ngoài ống ngâm cho bệnh nhân tương thích với từng loại máy khác nhau.	1.500	Cái
4	Bộ catheter chạy thận hai nòng	Bộ catheter chạy thận hai nòng	130	Bộ