

Số: 3281/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 9 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi:** Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm kính hiển vi ba mắt phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 02 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Kính hiển vi ba mắt	- Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau * Cung cấp bao gồm: - Thân máy chính: 01 cái - Thị kính chống mốc 10X, đường kính vi trường 20 mm: 02 cái - Vật kính phẳng, chống mốc 4X: 01 cái - Vật kính phẳng, chống mốc 10X: 01 cái	01	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật kính phẳng, chống mốc 40X: 01 cái</li> <li>- Vật kính phẳng, chống mốc 100X: 01 cái</li> <li>- Chai dầu soi 8cc: 01 lọ</li> <li>- Túi che bụi: 01 cái</li> <li>- Dây điện nguồn: 01 cái</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> <li>*. Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống quang học: Vô cực</li> <li>- Hệ thống chiếu sáng truyền qua đèn LED.</li> <li>- Độ phóng đại 1000 lần.</li> <li>- Đầu quan sát loại 3 đường truyền quang.</li> <li>- Thị kính 10x với quang trường 20 mm.</li> <li>- Mâm gắn vật kính: Có 4 vị trí gắn vật kính.</li> <li>- Vật kính phẳng tiêu sắc 4X.</li> <li>- Vật kính phẳng tiêu sắc 10X.</li> <li>- Vật kính phẳng tiêu sắc 40X.</li> <li>- Vật kính phẳng tiêu sắc 100X.</li> <li>- Bàn sa trượt có thể dịch chuyển theo hai chiều X/Y.</li> <li>- Điều chỉnh tiêu cự: Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô nhẹ dễ dàng.</li> <li>- Tụ quang dùng kỹ thuật trường sáng.</li> </ul> </li> </ul>		

2. Địa điểm cung cấp: Kho vật tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trù.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. / *HuonB*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Sỹ**