

Số: 3495/CV-BVDKT

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:


#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư y tế:  
(Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trữ. 

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

**PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ**  
(Kèm theo công văn số 3495/CV-BVĐKT ngày 05 tháng 10 năm 2023 của  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Lưới dùng trong điều trị thoát vị, vá thành bụng cỡ 15cm x 15cm	Miếng lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng cỡ 15x15cm. * Chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene, * độ dày 0,5mm chịu được áp lực và kháng lực cao. * Kích thước lỗ: 1.2*0.9 mm * Trọng lượng: 57 g/m2 * Độ bền (Lực căng đứt): 750.0 kPa, Độ bền kéo thẳng (lực căng kéo thẳng) : Dọc 275N; Ngang 250N không dính, trong suốt, mềm mại, chắc chắn.	50	Miếng
2	Dao phẫu thuật mắt trong mổ phaco 2.2mm; 2.8mm	Dao mổ chính tạo đường rạch giác mạc trong mổ phaco, đường kính: 2.2mm, 2.8mm. Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, vát chéo lên	100	Cái
3	Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco Aurovisc	Chất nhầy Hydroxypropyl Methylcellulose 2% hoặc tương đương	150	Tuýp
4	Sleeve và buồng thử các cỡ	Sleeve và buồng thử bằng silicone, các cỡ 19G, 20G, 21G dùng với máy mổ phaco Compact Intuitiv.	10	Cái
5	ASI-ESTEAM (200x200)	3 đường hàn nhiệt - Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film - Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng - Màng film 2 lớp: PET và CPP dày 52 mm	10	Cuộn