

Số: 3641/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Nội hấp tiệt trùng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 13 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 23 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Nội hấp tiệt trùng	<ul style="list-style-type: none">Hàng mới 100%.Năm sản xuất: 2023.1. Cung cấp bao gồm:Máy chính: 01 chiếc, trong đó khoang chứa và cửa được làm bằng thép không gỉ.Khay hấp: 04 chiếcKẹp khay đựng dụng cụ: 01 chiếcDây nguồn: 01 dây	01	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.</p> <p>2. Thông số kỹ thuật:</p> <p>Máy được thiết kế để tiết trùng các dụng cụ, vật tư y tế v.v... được đóng gói hoặc không đóng gói</p> <p>- Dung tích: 23L</p> <p>- Nhiệt độ tiết trùng từ 105°C tới 137°C.</p> <p>- Nguồn điện 230V- 50 Hz.</p> <p>3. Yêu cầu khác:</p> <p>- Hệ thống khóa an toàn ngăn không cho cửa mở ra khi có áp suất trong khoang chứa.</p> <p>- Có chức năng tắt tự động khi quá nhiệt, thiếu nước,...</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p>		

2. Địa điểm cung cấp: Kho vật tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trù.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. / *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sỹ