

Số: 3797/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 24 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 02 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): *(chi tiết như phụ lục đính kèm)*.
- Địa điểm cung cấp: Kho vật tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trù.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *ĐTMorb*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sỹ

Handwritten scribbles and faint markings, possibly a signature or initials, located in the upper right quadrant of the page.

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: 3797/CV-BĐKH ngày 24 tháng 10 năm 2023)



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu kẹp ngón tay	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Màn hình OLED - Thông số đo: Oxy bão hòa/ Nhịp tim/ Chỉ số tưới máu. 	Cái	03
2	Mask máy thở không xâm nhập	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - tấm nhựa trán có thể điều chỉnh được giúp phù hợp với nhiều cấu trúc gương mặt khác nhau - Vành Silicon giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mask - Có lỗ thoát khí đảm bảo an toàn cho bệnh nhân - Dây đeo mask tiện lợi, dễ sử dụng. 	Cái	05
3	Cảm biến SpO2 dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau. - Cảm biến SpO2 dùng cho người lớn, dạng kẹp, dây dài 3m, đầu kết nối SCN46 	Cái	05
4	Bình dẫn lưu màng phổi	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau. - Bình làm bằng nhựa y tế, có kèm nắp, dung tích 2000ml, cột hút inox 304 	Cái	05
5	Bình hút dịch	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau. - Bình hút dịch nhựa thể tích 2000 ml. 	Cái	02
6	Tay khoan nha khoa tốc độ nhanh	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau. - Tay khoan 4 lỗ - Đầu tay khoan chốt bấm/ hoặc chốt vặn để mở mũi khoan - Đầu tay khoan nha khoa nhỏ gọn - Chế tạo từ hợp kim và thép không gỉ, 	Cái	01

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		chống gỉ sét - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 135°C, dễ dàng vệ sinh		
7	Tay khoan nha khoa	- Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau. - Là loại tay khoan chậm thẳng - Dùng cho mũi khoa HP (Ø2.35) - Thân bằng thép không gỉ - Tốc độ khoan tối đa 40.000 vòng/phút - Tay khoan có thể hấp sấy tiệt trùng ở nhiệt độ tới 135°C và khử khuẩn nhiệt trong máy rửa tự động.	Cái	01
8	Đồng hồ oxy Kimura	- Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau. - Dây thở oxy, bình tạo ẩm và phụ kiện đi kèm	05	Cái
9	Bao đo huyết áp	- Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2022 trở về sau. - Dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân loại 1 dây - Chất liệu: Nylon TPU mềm cho loại dùng nhiều lần	10	Cái