

Số: 3451/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 13 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư y tế:
(Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trữ. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo công văn số 345/CT-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của
Bộ Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ đếm loại 1000 lần, phụ kiện máy CompoDock	<ul style="list-style-type: none">- Bộ đếm mỗi nối dùng cho máy nối dây vô trùng- Chứa 1000 lần nối- Độ dày thành dây có thể sử dụng trên máy hàn: trong khoảng 0.5 đến 0.9mm- Đường kính dây:<ul style="list-style-type: none">+ Đường kính ngoài: trong khoảng 3.9 đến 4.6mm+ Đường kính trong : trong khoảng 2.8 đến 3.1mm- Thời gian nối dây: 20 giây- Yêu cầu độ dài ống dây khi nối: độ dài ống dây tối thiểu là 10cm- Sử dụng công nghệ hàn nhiệt không tiếp xúc và không sử dụng vật liệu đệm (wafers)	5	Bộ