

Số: 4290/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư y tế:
(Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trừ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT: KD; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 4290/CV-BVĐKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Chỉ phẫu thuật PROLENE số 7/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt 11mm, 3/8C	48	Tép
2	Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2 dài 75cm, kim tròn đầu cắt 45mm, 1/2C	36	Tép
3	Filter lọc khuẩn (xanh)	<ul style="list-style-type: none"> - Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện - Sự kháng (tại 30LPM): 60PA - Không gian chết: 32ml - Thể tích: 250-1500ml - Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,9% - Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,9% - Trọng lượng: 27.9g 	800	Cái
4	Kim sinh thiết tủy xương	<ul style="list-style-type: none"> - Cỡ kim: 8G - Chiều dài kim: 10 cm, kích thước nòng kim 4.0 mm - Đầu kim được thiết kế kiểu Trocar và kim dạng ống (cannula) mài sắc kiểu 5 cạnh giúp chọc qua vỏ xương và tiến sâu vào tủy xương dễ dàng, ít tổn sức - Kim thông dạng trụ 	70	Chiếc
5	Sond Foley 2 nhánh số 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Được làm từ cao su y tế nhập khẩu 2. Phân biệt kích thước bằng màu sắc 3. Được phủ hydrophilic. 4. Có 2 loại van mềm và van cứng 5. Được làm bằng dây truyền nhúng tự động và lắp ráp tự động 6. Mặt sau dày hơn, chống gãy gập 7. Thời gian trong cơ thể người nhiều nhất 7 ngày 	1.000	Cái
6	Sonde chữ T	Chất liệu cao su y tế, tiệt trùng.	300	Cái
7	Ống nghiệm EDTA K3 nắp cao su (2ml)	Ống nghiệm EDTA K3 nắp cao su (2ml)	18.000	Cái