

Số: 4322/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 29 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dây dẫn sáng	<ul style="list-style-type: none">Hàng mới 100%.Năm sản xuất: 2022 trở về sau.Mã: WA03310AHãng sản xuất: OlympusNước sản xuất: ĐứcDây dẫn sáng có kích thước 4.25 mm, 3 m, loại CF. Tương thích với nguồn sáng Olympus	01	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
2	Bộ hút dịch màng phổi kèm xe đẩy	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%. - Model: ONV-WP-TS250 - Hãng sản xuất: Oxyvac - Nước sản xuất: Hàn Quốc - Năm sản xuất: 2022 trở về sau. Yêu cầu kỹ thuật: - Dùng để hút dịch cho bệnh nhân tại phòng bệnh, phòng mổ, phòng cấp cứu ... - Sử dụng hệ thống khí hút trung tâm - Áp suất tiêu chuẩn từ -66 đến -101,3Kpa (từ -500 đến -750mmHg) - Áp suất sử dụng: -0.13 đến -2.45Kpa (từ -1 đến -18.4Kpa) - Tốc độ hút tối thiểu: 15LPM - 01 bình thoát nước 02 lít, có cột chống sủi bọt và tràn ngược vào phổi bệnh nhân - Có nút điều khiển tốc độ hút - Xilanh: Acrylic 0.8L - Có van xả nước và ốc chốt bên dưới để dễ dàng vệ sinh và làm sạch cột nước - Có bao gồm xe đẩy phòng mổ, thân làm bằng nhôm cứng không han gỉ. 	05	Bộ

2. Địa điểm cung cấp: Kho vật tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trù.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sỹ