

Số: 3971/CV-BVDKT

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

#### 1. Danh mục Vật tư y tế:

(Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trừ. *e*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

**PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ**  
(Kèm theo công văn số 397/CV-BVĐKT ngày 06 tháng 11 năm 2023 của  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Gạc dẫn lưu 1.5 x 100cm x 4 lớp	- Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Tốc độ hút nước < 5s - Không có tinh bột và Dextrin	500	Miếng
2	Găng tay kiểm tra không bột	Găng tay không có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên trơn hoặc có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp, độ cong phù hợp, độ đàn hồi tốt	1.000	Đôi
3	Que dè lưỡi	- Que dè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.	2.000	Cái
4	Ống nghiệm INHIGLY nắp nhựa	Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PP kích thước 12x75mm cho dung tích tối đa 5ml, nắp nhựa màu Xám	2.400	Cái
5	Dụng cụ lấy sỏi tiết niệu 4 dây, cỡ 3Fr, dài 90cm	- Dùng để lấy sỏi niệu quản, thận, loại dùng một lần các cỡ. Đường kính: 3Fr. Chiều dài: 90cm. Loại: 4 dây. - Tay cầm dạng trượt - Chất liệu: Nitinol có khả năng nhớ hình	02	Cái
6	Chỉ không tan tổng hợp sợi bện Ticron số 2-0	Chỉ không tan tổng hợp sợi bện Ticron số 2-0 dài 75, 2 kim tròn đầu nhọn Y-31, 1/2C, 16mm. Chỉ kèm miếng đệm Pledget 7x3x1,5mm.	06	Tép
7	Kim chạy thận nhân tạo	Kim AVF. Không có chất DEHP, mặt trong dây trơn láng ngăn chặn máu đông tụ, kim thành mỏng, đầu kim sắc nhọn. Có đầu nối kết nối được với tất cả các loại dây chạy thận.	11.000	Cái