

Số: 858 /CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi:** Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp mua sắm bộ đèn đặt nội khí quản có camera tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư - TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 04 tháng 04 năm 2024 đến trước 17h ngày 15 tháng 04 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá: (chi tiết như phụ lục đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.


### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ



**NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: 458/ CV-BVĐKT ngày 04 tháng 04 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	<b>Bộ đèn đặt nội khí quản có camera</b>	<p><b>* Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hàng mới 100%.</li><li>- Sản xuất năm 2023 trở về sau.</li></ul> <p><b>* Yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính : 01</li><li>- Sạc usb : 01</li><li>- Cáp sạc : 01</li><li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</li><li>- Có 03 lưới đặt nội khí quản dùng nhiều lần, lưới đặt nội khí quản có rãnh thuận tiện hơn cho việc luồn ống khí quản.</li><li>- Màn hình <math>\geq 3</math>inch, có thể điều chỉnh góc nghiêng thuận tiện cho việc quan sát.</li><li>- Có đèn led cảnh báo, có chức năng cài đặt thời gian.</li><li>- Có thể lưu trữ dữ liệu như ảnh/ video và có thể xuất được ra các thiết bị.</li><li>- Loại có pin, có thể sạc dùng nhiều lần.</li></ul>	01	Bộ

**PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ**  
(Kèm Công văn số: 858/CV-BVĐKT ngày 04 tháng 4 năm 2024)



**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm VAT) (VND)	Thành tiền (gồm VAT) (VND)
1										
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. .. [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày... tháng... năm 2024

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

(Ký tên, đóng dấu)