

Số: 5037/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp và thay thế vật liệu cho hệ thống tiền lọc và hệ thống xử lý nước RO số 01 tại trung tâm Thận lọc máu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư - TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 20 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 30 tháng 12 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(chi tiết như phụ lục đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC I: DANH MỤC LINH KIỆN THAY THẾ
(Đính kèm Công văn số: 5037/CV-BVĐKT ngày 20 tháng 12 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
I	Yêu cầu chung	- Hàng hóa mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau		
1	Vật liệu lọc đa cấp (Thay cho 02 cột tiền lọc nước nguồn thành phố và 01 cột lọc đa cấp, loại cột 2472)	- Tỷ trọng: Khoảng từ 570-700 kg/cm ³ - Cỡ hạt: Khoảng từ 0,9-1,2 mm	960	Kg
2	Hạt trao đổi ion (Thay cho 01 cột làm mềm, loại cột 2472)	- Kích thước: từ 300 đến 1200 μ m - pH: Từ 0-14	325	Kg
3	Than hoạt tính (Thay cho 02 cột than, loại cột 2472)	- Cỡ hạt: khoảng từ 0.5-2.5mm - Chỉ số Iod; khoảng từ 800-950mg/g	325	Kg
4	Sỏi lọc nước đệm đáy cho 06 cột vật liệu (02 cột tiền lọc nước TP và 04 cột vật liệu của hệ thống RO số 01 loại cột 2472)	- Kích thước: Từ khoảng từ 3-10 mm - Tỷ trọng: khoảng 1400 kg/m ³	200	Kg

PHỤ LỤC I: MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: 5037/UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024)



Kính gửi: ... [ghi rõ họ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của [ghi rõ họ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên trong liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các vật tư thay thế và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm VAT) (VNĐ)	Thành tiền (gồm VAT) (VNĐ)
1										
2										
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể ngày nhưng không quá 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo nghị định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

.... ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)