

Số:1198/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm ống nội soi quang học, góc nhìn 0 độ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Nguyễn Đức Linh, Phòng Vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông - Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 08 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(chi tiết như phụ lục đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC I: DANH MỤC VẬT TƯ CẦN MUA SẴM
(Đính kèm Công văn số: 1198/CV-BVĐKT ngày 08 tháng 04 năm 2025)



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Mua ống nội soi quang học, góc nhìn 0 độ	<p>* Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hàng mới 100%.- Sản xuất năm 2024 trở về sau.- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. <p>* Yêu cầu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sử dụng cho hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng hãng Karlstorz.- Hướng nhìn 0 độ, góc nhìn rộng, đường kính 4.0mm, dài 18 cm, có thể hấp triệt trùng.- Làm tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô lên ≥ 2.5 lần.	01	Cái

PHỤ LỤC II: NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Công văn số: 1198/UBND-KT ngày 08 tháng 04 năm 2025)



Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi...(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên trong liên danh) báo giá cho các linh kiện thay thế và dịch vụ liên quan như sau:

1. Báo giá cho các vật tư thay thế và dịch vụ liên quan:

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm VAT) (VNĐ)	Thành tiền (gồm VAT) (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu và các tài liệu liên quan của linh kiện thay thế)

2. Chúng tôi cam kết.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo nghị định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.