

Số:1464/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm bộ điều chỉnh lưu lượng hút - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Đức Linh, Phòng Vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông - Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 24 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h ngày 5 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 5 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(chi tiết như phụ lục đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC I: DANH MỤC VẬT TƯ CẦN MUA SẴM
(Đính kèm Công văn số: 1464/CV-BVĐKT ngày 24 tháng 04 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ điều chỉnh lưu lượng hút	* Yêu cầu chung: - Hàng mới 100%. - Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. * Yêu cầu kỹ thuật: - Phạm vi điều chỉnh chân không : 0-1000mbar. - Có nút vận để điều chỉnh lưu lượng. - Loại bằng nhựa ABS hoặc vật liệu tương đương. - Có bình nhựa kèm van chống tràn, dây hút dịch (2m) và đầu cắm nhanh chuẩn BS (Anh)	12	Cái