

Số: 421/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm linh kiện, vật tư thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ và hệ thống lọc nước RO – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Quế Anh, Trưởng phòng vật tư - TBYT, Điện thoại: 0989 128 343

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Qua e-mail: Bản mềm Excel và bản in báo giá có đầy đủ chữ kí, đóng dấu công ty qua địa chỉ e-mail: Vattutbytbdkt@gmail.com

Tiêu đề Email: CV 421/CV-BVĐKT - Báo giá - Tên Công ty

(Lưu ý: Các đơn vị gửi báo giá theo mẫu ở phụ lục 2 đính kèm. Báo giá gửi cùng với tài liệu kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 12 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Chi tiết danh mục tại phụ lục 1 đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa



3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 90 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 


- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; VTTBTY; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hữu Trường





NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: 421/CN-BVĐKT ngày 03 tháng 02 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Mua sắm linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI Prodiva CX 1.5T YÊU CẦU CHUNG - Hàng hóa mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau. - Đồng bộ, tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI Prodiva CX 1.5T hiện có tại bệnh viện. - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. - Thiết bị hoạt động bình thường, an toàn, ổn định sau khi thay thế linh kiện. - Cung cấp nhân công kỹ thuật cao thực hiện lắp đặt, thay thế linh kiện. - Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận CO, CQ, ... và các giấy tờ liên quan khác. - Nhà thầu phải có Giấy/Thư ủy quyền bán hàng của hãng sản xuất hoặc đại lý phân phối hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với hàng hóa cung cấp cho gói thầu này			
1.1	Đầu lạnh sử dụng cho hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) Prodiva CX 1.5 Tesla/ Hãng Philips	- Tương thích với máy nén khí Helium F50 - Tương thích với hệ thống cộng hưởng từ Prodiva CX 1.5T Hãng Philips hiện có tại bệnh viện. - Đầu làm lạnh hoạt động ở 50Hz hoặc 60Hz - Áp suất tĩnh: Trong khoảng từ 1.60 - 1.65 Mpa - Tương thích Helium lỏng/Độ tinh khiết 99.999%.	01	Cái

1.2	Bộ lọc khí (Adsorber) sử dụng cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) Prodiva CX 1.5 Tesla/ Hãng Philips	- Tương thích với đầu lạnh (Coldhead) của hệ thống cộng hưởng từ Prodiva CX 1.5T/ Hãng Philips đang được sử dụng tại Bệnh viện - Tương thích Helium lỏng/khí với phẩm chất 99.999%	01	Bộ
2	Vật tư thay thế cho hệ thống lọc nước RO trung tâm Thận lọc máu	* Yêu cầu chung - Cung cấp và thay thế vật liệu, vật tư cho 02 hệ thống lọc nước RO tại trung tâm Thận lọc máu - Hàng hóa mới 100% - Sản xuất năm 2025 trở về sau - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Thời gian bảo hành cho vật liệu, vật tư thay thế: ≥ 03 tháng. - Cam kết sau khi thay thế vật liệu, vật tư, linh kiện hệ thống hoạt động bình thường, an toàn và ổn định.	02	Hệ thống
2.1	Vật liệu lọc đa cấp	* Thông số kỹ thuật - Tỷ trọng: 570-700/m³ - Cỡ hạt: 0,9-1,2 mm	1.900	Lít
2.2	Hạt trao đổi ion	* Thông số kỹ thuật - Kích thước: 300-1200μm - Độ pH: 0 - 14 - Khả năng trao đổi tối thiểu: 1.9 eq/l	650	Lít
2.3	Than hoạt tính	* Thông số kỹ thuật - Iodin: 900mg/g - Độ cứng: 98%	650	Kg

		- Cỡ hạt: 0.6-2.4mm (8x16, 8x30 mesh) - Diện tích bề mặt: tối thiểu 900 ± 50 m²/g		
2.4	Sỏi lọc nước đệm đáy	* Thông số kỹ thuật - Kích thước: 4-6mm - Tỷ trọng: 1320 - 1400 kg/m³ (khoảng 40 kg/m³)	700	Kg
2.5	Màng RO áp cao 4040	* Thông số kỹ thuật: - Lưu lượng nước xử lý: 9.5m³/ngày - Khả năng loại bỏ muối: $\geq 99.5\%$ - Áp suất làm việc: 10-16 bar - Kích thước: đường kính 04 inch, dài 40 inch	10	Cái
2.6	Bóng đèn UV	* Thông số kỹ thuật - Bóng đèn thay cho đèn S5Q-PA/2	05	Cái
2.7	Bóng đèn UV	* Thông số kỹ thuật - Bóng đèn thay cho đèn S8Q-PA/2	02	Cái
2.8	Balat đèn UV	* Thông số kỹ thuật - Balat đèn UV thay cho bộ đèn UV S5Q-PA/2	03	Cái
2.9	Kiểm định chất lượng nước RO	- Kiểm tra 22 chỉ tiêu hóa lý + Tổng số vi sinh vật + Endotoxin	02	Mẫu

PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm Công văn số: 421/CV-BVĐKT ngày 03 tháng 02 năm 2026)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] hàng hóa và dịch vụ liên quan như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm VAT) (VND)	Thành tiền (gồm VAT) (VND)
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm.... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)