

Số: 2613/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 07 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế cho hệ thống phẫu thuật nội soi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Quế Anh, Trưởng phòng vật tư - TBYT, Điện thoại: 0989 128 343

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Qua e-mail: Bản mềm Excel và bản in báo giá có đầy đủ chữ kí, đóng dấu công ty qua địa chỉ e-mail: Vattutbytbtvdk@gmail.com

Tiêu đề Email: CV 2613/CV-BVĐKT - Báo giá - Tên Công ty

(Lưu ý: Các đơn vị gửi báo giá theo mẫu ở phụ lục 2 đính kèm. Báo giá gửi cùng với tài liệu kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: ngày 24 tháng 07 năm 2026 đến ngày 03 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Chi tiết danh mục tại phụ lục 1 đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 90 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xin trân trọng cảm ơn! *Chung*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; VTTBTY; TCKT.



Hoàng Hữu Trường

PHỤ LỤC
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
 (Đính kèm Công văn số: 2613/CV-BVĐKT ngày 24 tháng 7 năm 2026)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Vỏ ngoài bằng kim loại	* Yêu cầu chung - Vật tư mới 100% - Sản xuất năm: 2025 trở về sau - Nước sản xuất: G7 hoặc châu Âu * Yêu cầu kỹ thuật - Vỏ ngoài bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. - Cỡ 5 mm, dài 36 cm. - Dùng cho forceps kẹp và phẫu tích. - Sử dụng đồng bộ với dụng cụ phẫu thuật nội soi hãng Karl Storz sẵn có tại bệnh viện. - Vỏ ngoài bằng kim loại, có bọc cách điện đảm bảo an toàn phẫu thuật. - Có tích hợp đầu nối khóa Luer (Luer-lock) phục vụ công tác tưới rửa, vệ sinh lòng ống dụng cụ. - Kích thước: Đường kính 5 mm, Chiều dài hoạt động 36 cm. - Dùng cho cán tay cầm kẹp phẫu tích và lực sĩ (forceps). * Yêu cầu về tính đồng bộ: - Có cấu trúc khớp nối cơ khí tương thích và đồng bộ hoàn toàn, lắp vừa vặn không rơ lắc với hệ thống tay cầm (handle) và lõi (insert) dụng cụ phẫu thuật nội soi hãng Karl Storz hiện có tại Bệnh viện.	20	Cái

PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ

(Kèm Công văn số: /CV-BKĐKT ngày 24 tháng 7 năm 2026)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] hàng hóa và dịch vụ liên quan như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm VAT) (VND)	Thành tiền (gồm VAT) (VND)
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm....[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)