

Số: 2850/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm tủ điện điều khiển cho hệ thống khí hút y tế trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Quế Anh, Trưởng phòng vật tư - TBYT, Điện thoại: 0989 128 343

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Qua e-mail: Bản mềm Excel và bản in báo giá có đầy đủ chữ kí, đóng dấu công ty qua địa chỉ e-mail: *Vattutbytbvdk@gmail.com*

Tiêu đề Email: CV 2850/CV-BVĐKT - Báo giá - Tên Công ty

(Lưu ý: Các đơn vị gửi báo giá theo mẫu ở phụ lục 2 đính kèm. Báo giá gửi cùng với tài liệu kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: ngày 30 tháng 7 năm 2026 đến ngày 03 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: *(Chi tiết danh mục tại phụ lục 1 đính kèm)*

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Mạng đấu thầu quốc gia;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.

GIÁM ĐỐC


Hoàng Hữu Trường



NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: 2850/CV-BVĐKT ngày 30 tháng 7 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Tủ điện điều khiển hệ thống khí hút	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai nguyên kiện - Sản xuất năm 2026 trở về sau - Tủ điện phải bảo đảm tương thích hoàn toàn với hệ thống bơm hút chân không hiện có của bệnh viện; đáp ứng đầy đủ chế độ điều khiển, bảo vệ, vận hành tự động và an toàn của hệ thống; không làm thay đổi kết cấu, nguyên lý hoạt động, công suất thiết kế và các thông số kỹ thuật của hệ thống hiện hữu. II. Cấu hình cung cấp - Vỏ tủ điện: 01 bộ - Bộ lập trình PLC: 01 cái - Màn hình cảm ứng: 01 cái - MCCB tổng kèm bảo vệ đúng/sai pha: 01 cái - CB bảo vệ động cơ: 03 cái - CB cho điều khiển, quạt: 01 cái - Điều khiển quạt: 01 cái - Biến dòng: 01 cái - Bộ bảo vệ mất pha, sai pha: 01 bộ - Bộ đổi nguồn: 01 bộ - Bộ khởi động từ: sao tam giác: 03 bộ - Cảm biến áp suất âm: 01 cái III. Yêu cầu kỹ thuật - Vỏ tủ điện + Sơn tĩnh điện 1 lớp cánh + Độ dày tôn $\geq 1,5$ mm + Kích thước khoảng: C1200xR800xS350mm	01	Cái

		+ Có quạt thông gió và lọc gió - Bộ lập trình PLC của hãng Siemens, tương đương hoặc tốt hơn - Màn hình cảm ứng ≥ 7 inch hãng của Siemens, tương đương hoặc tốt hơn - Có nút dừng khẩn cấp, đèn báo pha, đúng pha, sai pha, công tắc chuyển mạch, relay trung gian - MCCB tổng kèm bảo vệ đúng/sai pha của hãng Schneider, tương đương hoặc tốt hơn - CB bảo vệ cho động cơ 11kW có điều chỉnh dòng hoạt động của hãng Schneider, tương đương hoặc tốt hơn - CB cho điều khiển, quạt của hãng Schneider, tương đương hoặc tốt hơn - Điều khiển quạt của hãng Kacon, tương đương hoặc tốt hơn - Biến dòng của hãng LighStar, tương đương hoặc tốt hơn - Bộ bảo vệ mất pha, sai pha của hãng Select, tương đương hoặc tốt hơn - Bộ đổi nguồn của hãng Omron, tương đương hoặc tốt hơn - Bộ khởi động từ: sao tam giác của hãng Schneider, tương đương hoặc tốt hơn - Cảm biến áp suất âm của hãng SMC, tương đương hoặc tốt hơn IV. Yêu cầu khác - Thời gian giao hàng 02 tuần kể từ ngày xác nhận đặt hàng - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng - Nhà thầu kiểm tra hệ thống khí hút y tế trung của bệnh viện trước khi báo giá		
--	--	---	--	--

** **Ghi chú:** Tên các hãng sản xuất linh kiện chỉ mang tính chất tham khảo, không phải chỉ định cho linh kiện của hãng đó. Nhà thầu phải có Catalogue chứng minh tính tương đương đối với các linh kiện mà mình cung cấp.*



PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm Công văn số: 2850/CP-BVĐKT ngày 30 tháng 7 năm 2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] hàng hóa và dịch vụ liên quan như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm VAT) (VND)	Thành tiền (gồm VAT) (VND)
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm....[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)